Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

SC1982
SC1981

User manual

PHILIPS


5
6
7
8
READY
1
2
3
4
9
10
PHILIPS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/lumea.

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist zum Entfernen von unerwünschtem Haar vorgesehen. Es kann die Anzahl der nach der Behandlung nachwachsenden Haare langfristig reduzieren.
Mit Philips Lumea Comfort können Sie unerwünschte Haare an allen Körperpartien unterhalb der Wangenknochen entfernen, einschließlich des Gesichts (Oberlippe, Kinn und Wangen).
Dieses Gerät wurde speziell für Frauen entwickelt und optimiert, kann jedoch ebenso von Männern verwendet werden. Es sollte nur von einer Person benutzt werden.

Sicherheitsmerkmale

Integriertes Sicherheitssystem

Philips Lumea Comfort verfügt über ein integriertes Sicherheitssystem, das die Augen schützt. Dieses System verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse, wenn kein Hautkontakt besteht.

Sensor für Hautfarbe

Philips Lumea Comfort verfügt über einen Sensor für die Hautfarbe, der keine Behandlung zulässt, wenn Ihr Hautton zu dunkel ist. Das Lichtaustrittsfenster ist in der Behandlungsfläche versenkt. Dadurch wird der direkte Kontakt zwischen Ihrer Haut und dem Lichtaustrittsfenster verhindert.

Vorteile

IPL-Technologie (“Intense Pulsed Light”) für die Verwendung zu Hause

Philips Lumea Comfort arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens “Intense Pulsed Light” (IPL). IPL ist eine der wirksamsten Methoden zur Entfernung von unerwünschtem Körperhaar und sorgt für dauerhafte Ergebnisse, da das Haarwachstum deutlich verringert wird.

Keine Ersatzteile erforderlich, keine versteckten Kosten

Philips Lumea Comfort ist mit einer Hochleistungslampe ausgestattet, die nicht ausgetauscht werden muss. Diese Lampe kann über 100.000 Lichtimpulse erzeugen. Damit erzielen Sie mehr als 5 Jahre* lang gute Ergebnisse und sparen gleichzeitig Geld für teure Ersatzlampen.
*Bei normalem Gebrauch und empfohlener Behandlung für einen Benutzer.

Funktionsprinzip



- Zum Entfernen von Haaren erhitzt das Gerät das Haar und die Wurzel unter der Haut. Das Melanin im Haar und in der Haarwurzel absorbiert die vom Gerät produzierten Lichtimpulse. Je dunkler das Haar, desto mehr Licht kann aufgenommen werden. Dieser Vorgang regt das Haar an, in die Ruhephase überzugehen.



- Zwischen den Behandlungen fallen die Haare aus, und das Nachwachsen neuer Haare wird verhindert. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis die Haare ausfallen.



- Eine optimale Haarentfernung kann nicht durch eine einzige Behandlung erzielt werden, da nur Haare in der Wachstumsphase auf die Lichtbehandlung reagieren und sich die Haare im behandelten Körperbereich normalerweise in verschiedenen Wachstumsphasen befinden. Zur effektiven Behandlung aller Haare sollten Sie die Behandlung in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen.

Produktübersicht (Abb. 4)

1 Ein-/Aus-/Intensitätstaste
2 Intensitätsanzeigen
3 READY-/Hauttonwarnanzeige
4 Buchse für Gerätestecker
5 Hautkontaktfläche mit integriertem Sicherheitssystem
6 Lichtaustrittsfenster mit integriertem UV-Filter
7 Sensor für Hautfarbe
8 Blitztaste
9 Adapter
10 Gerätestecker

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. in der Nähe einer gefüllten Badewanne, eines Schwimmbeckens oder einer laufenden Dusche).
- Berühren Sie keine inneren Komponenten, wenn das Gerät beschädigt ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein.

Warnhinweis

- Dieses Gerät ist für Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Teenager zwischen 15 und 18 Jahren sollten es nur unter Aufsicht /Anleitung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten nutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Glas des Lichtaustrittsfensters beschädigt ist.

So vermeiden Sie Beschädigungen:

- Achten Sie darauf, dass ein ungehinderter Luftstrom durch die Lüftungsschlitze gewährleistet ist.
- Setzen Sie das Gerät keinen schweren Stößen aus, schütteln Sie es nicht, und lassen Sie es nicht fallen.
- Wenn das Gerät extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt war, warten Sie etwa 3 Stunden, bevor Sie es benutzen.
- Bewahren Sie das Gerät im Originalkarton auf, um es vor Staub zu schützen.
- Setzen Sie das Gerät während des Gebrauchs keinen Temperaturen unter 10 °C oder über 35 °C aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über mehrere Stunden direktem Sonnen- oder UV-Licht aus, um Schäden zu vermeiden.

- Richten Sie den Lichtimpuls auf keine anderen Oberflächen als die Haut. Andernfalls können schwere Schäden am Lichtaustrittsfenster bzw. dem Sensor für die Hautfarbe verursacht werden. Aktivieren Sie den Lichtimpuls nur, wenn das Gerät in Kontakt mit der Haut ist.

Achtung

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist, und schalten Sie es nach Gebrauch immer aus.
- Wenden Sie sich zur Prüfung oder zur Reparatur des Geräts immer an ein Philips Service-Center. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen gefährden den Benutzer.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit Intensitätsstufen, die sich für Ihren Hautton eignen (siehe Tabelle im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Hautton und Lichtintensität"). Eine höhere Intensität kann zu Hautirritationen und Nebenwirkungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Situationen, die im Kapitel "Gegenanzeigen, Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Gegenanzeigen" beschrieben werden, auf Sie zutreffen.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von unerwünschtem Körperhaar unterhalb der Wangenknochen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Gegenanzeigen, Sicherheitshinweise und Warnungen

Wichtige Hinweise

Philips Lumea Comfort ist nicht für jeden geeignet. Lesen Sie die folgenden Abschnitte vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Verwenden Sie das Gerät nicht in folgenden Fällen:

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Ihre Haut in den letzten zwei Wochen starkem Sonnenlicht oder künstlichen Bräunungsmethoden ausgesetzt war.
- Wenn Sie von Natur aus über einen braun-schwarzen oder dunkleren Hautton verfügen.
  Als Sicherheitsmaßnahme verhindert der eingebaute Sensor für die Hautfarbe die Abgabe von Lichtimpulsen, wenn Ihre Haut zu dunkel ist.
- In der Nähe oder um die Augen.
- Auf einer Tätowierung oder auf permanentem Make-up im Behandlungsbereich.
- Auf dunklen Flecken, wie zum Beispiel großen Sommersprossen, Leberflecken, Muttermalen oder Warzen im Behandlungsbereich.
- Bei Ekzemen, Schuppenflechte, Läsionen, offenen Wunden oder akuten Infektionen im Behandlungsbereich.
- Wenn Sie unter Collagenstörungen leiden, einschließlich der Bildung von Wulstnarben oder schlechter Wundheilung.
- Wenn Sie an Lichtempfindlichkeit leiden oder Medikamente einnehmen, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen. Zu den bekannten Medikamenten mit dieser Wirkung gehören nichtsteroidale Antirheumatika (z. B. Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol), Tetracycline, Phenothiazine, Thiaziddiuretika, Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide, DTIC, Fluoruracil, Vinblastin und Griseofulvin.
- Wenn Sie derzeit oder kürzlich mit Alpha-Hydroxycarbonsäure (Alpha-Hydroxy Acids, AHAs), Beta-Hydroxycarbonsäure (Beta-Hydroxy Acids, BHAs), Retin-A®, Accutane® (Isotretinoin), lokal angewendeten Retinoiden, Azelainsäure oder Steroiden behandelt wurden.
- Bei Hautkrankheiten aufgrund von Diabetes oder einer anderen systemischen oder Stoffwechselkrankheit.

- Wenn Sie unter Herpes im Behandlungsbereich leiden, es sei denn, Sie haben einen Arzt konsultiert und eine vorbeugende Behandlung erhalten.
- Wenn Sie unter einer Krankheit leiden, die Lichtempfindlichkeit verursacht, wie zum Beispiel Porphyrie, Polymorphe Lichtdermatose, Lupus, Urticaria solaris usw.
- Wenn Sie Epileptiker/in mit Blitzlichtempfindlichkeit sind.
- Wenn Sie bereits einmal Hautkrebs oder potenzielle Malignome an den zu behandelnden Hautpartien hatten.
- Wenn Sie in den letzten drei Monaten eine Bestrahlungstherapie oder Chemotherapie erhielten.
- Wenn Sie in den Behandlungspartien ein Implantat haben, wie zum Beispiel einen Schrittmacher oder eine Insulinpumpe.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Brustwarzen, Brustwarzenhöfen, inneren Schamlippen, Vagina, Anus und in Nase und Ohren.
- Bei Männern darf das Gerät nicht am Hodensack oder im Gesicht verwendet werden.

Den Hausarzt konsultieren

Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen oder aufgrund einer Krankheit regelmäßig kontrolliert werden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Philips Lumea Comfort verwenden. Sie sollten auch dann Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät für Sie geeignet ist.

Sicherheitshinweise

So vermeiden Sie unerwünschte Nebenwirkungen:

- Behandeln Sie die gleiche Hautpartie nicht mehr als einmal während einer Sitzung.
- Rasieren Sie vor jeder Behandlung den Behandlungsbereich, und sorgen Sie dafür, dass die Haut im Behandlungsbereich sauber und trocken ist.

- Reinigen Sie die Haut nicht mit brennbaren Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Alkohol oder Azeton, bevor Sie das Gerät verwenden.

Warnhinweis zu Sonnenbädern und Bräunungsbehandlungen

Sonnenbad oder künstliche Bräunungsmethoden vor der Behandlung

- Vermeiden Sie in den zwei Wochen vor der Behandlung Sonnenbäder und Bräunungsgeräte. Gebräunte Haut ist sehr pigmentreich. Wenn Sie Philips Lumea Comfort auf gebräunter Haut verwenden, erhöht sich das Risiko von Nebenwirkungen und Hautreaktionen.

Sonnenbad oder künstliche Bräunungsmethoden nach der Behandlung

- Warten Sie mit Sonnenbädern oder künstlichen Bräunungsmethoden nach der Behandlung etwa 48 Stunden. Schützen Sie die Haut während der gesamten Haarentfernungszeit und noch mindestens zwei Wochen nach der letzten Behandlung mit einem Sonnenschutz mit LSF 30 oder höher. Wenn Sie Bräunungslotionen verwendet haben, warten Sie, bis die künstliche Bräune vollständig verschwunden ist, bevor Sie die nächste Behandlung beginnen.

Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie Philips Lumea Comfort gemäß den Anweisungen verwenden, ist das Risiko für ernsthafte Nebenwirkungen gering. Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um mehr über die möglichen Nebenwirkungen zu erfahren.

Häufige Nebenwirkungen

- Die Haut ist möglicherweise leicht gerötet, juckt oder fühlt sich warm an. Diese Reaktionen sind harmlos und klingen schnell ab.
- Für kurze Zeit kann eine Hautreaktion ähnlich wie Sonnenbrand auf der behandelten Partie auftreten. Wenn diese Reaktion nicht innerhalb von drei Tagen abklingt, sollten Sie einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen.

- Trockene Haut und Juckreiz können aufgrund der Rasur oder einer Kombination aus Rasur und Lichtbehandlung auftreten. Diese Reaktion ist harmlos und lässt innerhalb weniger Tage nach. Sie können die Hautpartie mit einem Eisbeutel oder einem feuchten Waschlappen kühlen. Wenn die Haut weiterhin zu trocken ist, können Sie 24 Stunden nach der Behandlung eine unparfümierte Feuchtigkeitscreme auftragen.

Seltene Nebenwirkungen

- Verbrennungen, übermäßige Rötungen und Schwellungen treten nur selten auf und sind in der Regel die Folge davon, dass Sie eine für Ihren Hautton zu starke Intensitätsstufe verwendet haben. Wenn diese Reaktionen nicht innerhalb von drei Tagen abklingen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Warten Sie mit der nächsten Behandlung, bis die Haut vollständig abgeheilt ist, und verwenden Sie unbedingt eine geringere Intensitätsstufe.
- Hautverfärbungen treten sehr selten auf und zeigen sich als dunklere oder hellere Flecken auf der betroffenen Hautpartie. Die Ursache kann die Verwendung einer zu hohen Intensitätsstufe für Ihren Hautton sein. Wenn die Verfärbung nicht innerhalb von zwei Wochen zurückgeht, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Behandeln Sie die verfärbten Bereiche erst wieder, wenn die Verfärbung vollständig verschwunden ist.
- In sehr seltenen Fällen können Hautinfektionen und -entzündungen auftreten. Diese können durch die Anwendung des Geräts auf Wunden oder Schnitten, die durch eine Rasur entstanden sind, oder auf bereits vorhandenen Wunden bzw. eingewachsenen Haaren verursacht werden.
- Starke Schmerzen können während oder nach der Behandlung in folgenden Fällen auftreten: wenn Sie das Gerät auf unrasierter Haut anwenden; wenn Sie eine Intensitätsstufe einsetzen, die zu stark für Ihren Hautton ist; wenn Sie dieselbe Hautpartie mehrmals mit Lichtimpulsen behandeln; wenn Sie das Gerät auf offenen Wunden, Entzündungen, Tätowierungen, Verbrennungen usw. anwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Gegenanzeigen, Sicherheitshinweise und Warnungen".

Für den Gebrauch vorbereiten

Die zu behandelnden Hautpartien vorbereiten



1 Rasieren Sie vor jeder Behandlung die zu behandelnde Hautpartie, solange noch Haare nachwachsen.

Hinweis: Verwenden Sie keine Enthaarungscremes anstatt des Rasierers. Wenn Sie die Haare mit einer anderen Epiliermethode an der Wurzel entfernen (z. B. Wachs oder Epilierer), können Sie umgehend mit der Behandlung beginnen.

2 Vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut trocken, sauber und frei von Deodorant, Creme, Körperlotion oder Parfüm ist.



3 Überprüfen Sie das Lichtaustrittsfenster und den Sensor für die Hautfarbe auf Haare, Staub und Flusen. Reinigen Sie gegebenenfalls das Lichtaustrittsfenster und den Sensor für die Hautfarbe mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

Hinweis: Wenn keine Haare mehr nachwachsen, können Sie mit dem Rasieren aufhören.

Hautton und Lichtintensität

Philips Lumea Comfort bietet fünf verschiedene Intensitätsstufen. Überprüfen Sie in der Tabelle unten, welche Intensitätsstufe für Ihre Haut und Ihre Haare geeignet ist. "x" bedeutet, dass das Gerät nicht für Sie geeignet ist. Wenn Ihre Haut zu dunkel ist, verhindert der Sensor für die Hautfarbe die Abgabe von Lichtimpulsen.

Hautton/Körperhaarfarbe	Weiß	Beige	Hellbraun	Mittelbraun	Dunkelbraun	Schwarzbraun und dunkler
Black	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×	×
Dunkelbraun	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×	×
Braun	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×	×
Dunkelblond/ Hellbraun	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×	×
Weiß/Grau/Rot/ Hellblond	×	×	×	×	×	×

Einen Hauttest durchführen



Führen Sie vor Ihrer ersten Behandlung einen Hauttest durch, um die passende Intensitätsstufe für die einzelnen Körperpartien herauszufinden.

1 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.



2 Drücken Sie die Ein-/Aus-/Intensitätstaste. Die Anzeige für Intensitätsstufe 1 wird aktiviert, und der Lüfter im Gerät schaltet sich ein.



3 Setzen Sie die Hautkontaktfläche auf die Haut. Drücken Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls mit Intensitätsstufe 1 auszulösen.

4 Setzen Sie das Gerät dann auf einen anderen Behandlungsbereich, und lösen Sie einen Lichtimpuls mit Intensitätsstufe 2 aus. Erhöhen Sie die Intensität stufenweise, bevor Sie den jeweils nächsten Lichtimpuls auslösen. Erhöhen Sie die Intensität nicht über die maximale Intensität für Ihren Hautton hinaus (siehe Abschnitt "Hautton und Lichtintensität" in diesem Kapitel).

5 Sobald es unangenehm wird, verringern Sie die Intensitätsstufe soweit, bis das unangenehme Gefühl nachlässt.

6 Beenden Sie den Test. Warten Sie 24 Stunden, und überprüfen Sie dann Ihre Haut auf Reaktionen. Wenn Sie keine Hautreaktionen erkennen, können Sie die zuletzt gewählte Intensitätsstufe bei Ihrer nächsten Behandlung dieser Körperpartie verwenden.

Hinweis: Wenn Ihre Haut eine Reaktion zeigt, warten Sie, bis die Symptome abklingen. Behandeln Sie dann die Körperpartie mit einer niedrigeren Intensitätsstufe als der zuletzt gewählten, warten Sie 24 Stunden, und überprüfen Sie Ihre Haut erneut auf Reaktionen.

7 Führen Sie die Schritte 1 bis 5 für jede Körperpartie durch, die Sie behandeln möchten.

Das Gerät benutzen



Führen Sie immer einen Hauttest durch (siehe Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten"), bevor Sie das Gerät gemäß den Anweisungen unten verwenden.

1 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.



2 Drücken Sie die Ein-/Aus-/Intensitätstaste. Die Anzeige für Intensitätsstufe 1 wird aktiviert, und der Lüfter im Gerät schaltet sich ein.



3 Nach ungefähr 1 Sekunde wird die READY-/Hauttonwarnanzeige aktiviert. Dies bedeutet, dass das Gerät bereit ist, einen Lichtimpuls abzugeben.



4 Drücken Sie die Ein-/Aus-/Intensitätstaste einmal oder mehrmals, um die Intensitätsstufe auszuwählen, die für den Behandlungsbereich und Ihren Hautton geeignet ist.



5 Vergewissern Sie sich, dass der Behandlungsbereich sauber, trocken und ordnungsgemäß rasiert ist. Positionieren Sie die Hautkontaktfläche auf der Haut. Wenn die Hautkontaktfläche in vollständigem Kontakt mit der Haut ist, blinkt die READY-/Hauttonwarnanzeige langsam.



6 Drücken Sie die Blitztaste. Der Sensor für die Hautfarbe überprüft Ihren Hautton. Wenn der Hautton eine sichere Behandlung ermöglicht, erlischt die READY-/Hauttonwarnanzeige. Das Gerät löst einen Lichtimpuls auf der Haut aus, und Sie hören ein leises Klacken.

Hinweis: Wenn das Gerät keinen Lichtimpuls ausgibt und die READY-/Hauttonwarnanzeige schnell blinkt, ist Ihr Hautton für die sichere Behandlung zu dunkel. Wenn Sie Ihre Haut kürzlich gebräunt haben, warten Sie zwei Wochen (siehe Kapitel "Gegenanzeigen, Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Warnhinweis zu Sonnenbädern und Bräunungsbehandlungen").

7 Das Gerät lädt sich sofort für den nächsten Lichtimpuls auf. Je nach ausgewählter Intensitätsstufe wird die READY-/Hauttonwarnanzeige nach ein paar Sekunden aktiviert. Dadurch wird angezeigt, dass das Gerät für den nächsten Lichtimpuls bereit ist. Wählen Sie eine der Methoden zur Lichtimpulsbereitstellung aus, und behandeln Sie die gewünschten Partien weiter.

Hinweis: Wenn die Behandlung schmerzhaft wird, verringern Sie die Intensitätsstufe so weit, bis sich die Behandlung wieder angenehm anfühlt. Wenn Hautreaktionen mit einer stärkeren Rötung auftreten, beenden Sie die Behandlung sofort, und lesen Sie Kapitel "Mögliche Nebenwirkungen".

Methoden der Lichtimpulsauslösung



Schieben und Auslösen

- Halten Sie die Blitztaste gedrückt. Das Gerät gibt nacheinander jeweils einen Lichtimpuls aus, solange die Hautkontaktfläche in vollständigem Kontakt mit der Haut ist. Schieben Sie das Gerät nach jedem Lichtimpuls zum nächsten Bereich. Drücken Sie die Hautkontaktfläche weiterhin auf die Haut. Dieser Modus eignet sich besonders für die Behandlung größerer Bereiche wie die Beine.



Absetzen und Auslösen

- Lassen Sie die Blitztaste nach jedem Lichtimpuls los. Positionieren Sie das Gerät für den nächsten Lichtimpuls auf den Bereich direkt neben der gerade behandelten Stelle. Vergewissern Sie sich, dass die Hautkontaktfläche vollständig auf der Haut liegt. Dieser Modus garantiert eine präzise Behandlung von z. B. Knien oder Knöcheln.

Hinweis: Behandeln Sie den gleichen Bereich nicht zweimal innerhalb einer Behandlung. Wenn Sie einen Bereich mehr als einmal behandeln, erhöht sich das Risiko für Nebenwirkungen.



Hinweis: Um das Auslassen von Hautpartien zu vermeiden, empfiehlt es sich, beim Bewegen des Geräts über die Haut einen Teil der zuvor behandelten Stelle nochmals zu behandeln. Das effektive Licht tritt nur aus dem Lichtaustrittsfenster aus. Stellen Sie sicher, dass die Lichtimpulse dicht nebeneinander erzeugt werden.

Erzielen optimaler Ergebnisse

Die ersten zwei Monate

- Es ist normal, dass nach den ersten Behandlungen noch Haare zu sehen sind. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Einleitung" unter Abschnitt "Funktionsprinzip".
- Um alle Haare erfolgreich zu entfernen und um zu vermeiden, dass der Haarfollikel wieder aktiv wird, müssen Sie die Behandlungen in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen. Danach sollte Ihre Haut glatt sein. Bitte lesen Sie Abschnitt "Behandlungsrhythmus", um herauszufinden, wie Sie diese Ergebnisse beibehalten können.

Behandlungsrhythmus

- Um sicherzustellen, dass die Haut glatt bleibt, wird empfohlen, die Behandlung alle vier bis acht Wochen zu wiederholen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs und nach Körperpartie variieren. Wenn zwischen den Behandlungen zu viele Haare nachwachsen, verringern Sie einfach den Zeitraum zwischen den Behandlungen wieder, jedoch nicht unter zwei Wochen. Wenn Sie das Gerät häufiger einsetzen als empfohlen, wird die Effektivität nicht verbessert, sondern stattdessen das Risiko von Hautreaktionen erhöht.

Nach dem Gebrauch

- Halten Sie die Ein-/Aus-/Intensitätstaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Hautkontaktfläche (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort im Originalkarton auf.
- Benutzen Sie unmittelbar nach der Behandlung keine parfümierten Kosmetika auf der behandelten Haut.
- Benutzen Sie unmittelbar nach der Behandlung der Achselhöhlen kein Deodorant. Warten Sie, bis Hautrötungen abgeklungen sind.
- Siehe Kapitel "Gegenanzeigen, Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Warnhinweis zu Sonnenbädern und Bräunungsbehandlungen", um weitere Informationen über Sonnenkontakt und künstliche Bräunungsmethoden zu erhalten.

Reinigung und Wartung

Um optimale Enthaarungsergebnisse sicherzustellen, reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Reinigen Sie das Gerät oder seine Bestandteile niemals unter fließendem Wasser.

Benutzen Sie zum Reinigen der Hautkontaktfläche keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



2 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts bei Bedarf mit einem weichen Reinigungstuch.

3 Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit ein paar Tropfen Wasser, und reinigen Sie die Hautkontaktfläche und das Lichtaustrittsfenster.

Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support,** oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Technische Daten

Modell	SC1982, SC1981
Flächengröße	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm^2]
Verwendete Technologie	Intense Pulsed Light
Impulsdauer	500 – 800 µsec
Wellenlänge	475-1200 nm
Ladestand	max. 4 J/cm^2
Ladezeit/Stromquelle	Dauerbetrieb
Zur Behandlung der Unterschenkel benötigte Zeit	11 Minuten
Sicherheit während des Betriebs	Integriertes Sicherheitssystem zur Vermeidung von unbeabsichtigten Lichtimpulsen. Sensor für die Hautfarbe zur Verhinderung einer Behandlung bei zu dunklem Hautton.
Verpackungsgröße	180 x 180 x 100 mm
Produktgewicht	200 g

Modell	SC1982, SC1981
Adapter	Modell: KSA24A1200150HU
Nenngrößen	100 – 240 V; 50 – 60 Hz; 0,5 A
Verpackungsgröße	180 x 180 x 100 mm

Betrieb	
Temperatur	+10 °C bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 75 % rH
Atmosphärischer Druck	700 bis 1060 HPA

Aufbewahrungs- und Transportbedingungen	
Temperatur	-40°C bis + 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % rH
Atmosphärischer Druck	500 bis 1060 HPA

Beschriftung
Diese Symbole können auf dem Gerät angezeigt werden.

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät zweifach isoliert ist (Klasse II).
	Dieses Symbol bedeutet: Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Weitere Anweisungen erhalten Sie im Kapitel "Umwelt".
CE	Dieses Symbol bedeutet: Entspricht den EG-Richtlinien. CE steht für "Conformité Européenne".

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol bedeutet: Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung durch.
	Dies ist die CSA-Markierung für die USA und Kanada.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter **www.philips.com/support** für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich habe die Ein-/Aus-/Intensitätstaste gedrückt, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.	Sie haben das Gerät nicht ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass Sie den Gerätestecker ordnungsgemäß in die entsprechende Buchse eingesteckt haben. Überprüfen Sie, ob Sie den Adapter ordnungsgemäß in eine stromführende Steckdose gesteckt haben.
Das Gerät gibt keinen Lichtimpuls aus, wenn ich die Blitztaste drücke.	Ihr Hautton ist für die Behandlung mit diesem Gerät nicht geeignet.	Die READY-/Hauttonwarnanzeige blinkt schnell. Dadurch wird angezeigt, dass der Sensor für die Hautfarbe einen Hautton gemessen hat, der zu dunkel für eine sichere Behandlung ist. Sie können das Gerät auf einer anderen Körperpartie mit hellerer Haut ausprobieren. Wenn Ihr dunkler Hautton auf ein kürzliches Sonnenbad oder eine Bräunungsbehandlung zurückzuführen ist, warten Sie 2 Wochen, und versuchen Sie es dann erneut. Wenn der dunkle Hautton Ihr natürlicher Ton ist, lesen Sie die Tabelle in Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Hautton und Lichtintensität", um Informationen darüber zu erhalten, ob sich das Gerät generell für Sie eignet.
	Die READY-/Hauttonwarnanzeige leuchtet weiter dauerhaft auf.	Vergewissern Sie sich, dass die Hautkontaktfläche in vollständigem Kontakt mit der Haut ist. Ist dies der Fall, blinkt die READY-/Hauttonwarnanzeige langsam, und Sie können über die Blitztaste einen Lichtimpuls auslösen.
	Die READY-/Hauttonwarnanzeige und die Intensitätsanzeigen leuchten.	Das Gerät hat einen Systemfehler. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker, und versuchen Sie dann erneut, es einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuchen Sie uns auf www.philips.com/support, oder wenden Sie sich an ein Philips Service-Center.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich habe ein unangenehmes Hautgefühl, wenn ich das Gerät verwende.	Sie haben die Behandlungsbereiche nicht rasiert.	Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie jedes Mal, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn durch das Rasieren Hautirritationen auftreten, schneiden Sie die Haare so kurz wie möglich, und nutzen Sie eine für Sie angenehme Einstellung.
	Ihre Haut wurde kürzlich der Sonne oder einer Bräunungsbehandlung ausgesetzt.	Sie dürfen das Gerät nicht auf kürzlich gebräunter Haut verwenden. Vermeiden Sie in den zwei Wochen vor der Behandlung Sonnenbäder und Bräunungsgeräte.
	Sie haben eine Intensitätsstufe verwendet, die zu stark für Sie ist.	Verringern Sie die Intensität auf eine Stufe, die für Sie angenehm ist.

422210015713

www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.100.1571.3 (04/14)